



ALLEANZA
CONTRO
IL CANCRO

**SCHEDA TECNICA DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA:
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME O EQUIVALENTI**

**Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, volta
all'affidamento tramite RDO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di n.1
ultracongelatore verticale per il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata - IRCCS sito
in Rionero in Vulture (PZ)**

CIG: 8714618A44 – CUP: E84I19002050001

Via Giorgio Ribotta, n. 5, CAP 00144 –ROMA

Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena,299|

00161 Roma

C.F. 97262520584

n.1 Ultracongelatore verticale

Società costruttrice		
Modello dell'apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
Fornitore		
Numero di repertorio Dispositivi Medici		
Caratteristiche tecniche minime e equivalenti	Caratteristiche tecniche proposte	Indicare la pagina del documento
Congelatore per stoccaggio di campioni biologici con struttura di tipo verticale		
Capacità netta: 500 lt circa		
Temperatura di esercizio: -86°C		
Struttura esterna in acciaio plastificato o acciaio inox AISI 304		
Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati		
Dimensioni esterne L x P x H (100 x 900 x 190) cm circa		
Dotato di n.4 ripiani lisci in acciaio, ciascun ripiano con sportello di chiusura		
Chiusura con chiave		
Maniglione ergonomico		
Sbrinamento automatico		
Predisposizione per remotizzazione degli allarmi		
Pannello di controllo digitale con display di almeno 7" facilmente leggibile con visualizzazione di eventuali messaggi di anomalie ed allarmi, della temperatura e relativo grafico in tempo reale e con accesso allo storico dei parametri registrati		
Controllo della temperatura a microprocessore tramite sonda		
Foro passante interno-esterno con tappo di gomma per passaggio sonda data-logger		
Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento del sistema di controllo in caso di mancanza di alimentazione		

Indicatore del livello di batteria		
Porta USB frontale per lo scarico dei dati ed eventuale software per la lettura, gestione ed archiviazione dei dati		
Dotato di ruote di cui almeno 2 con freno		
Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia (precisare la rumorosità del prodotto offerto)		
Garanzia ed assistenza tecnica di tipo full-risk (ad esclusione del solo materiale monouso) non inferiore a 36 mesi		
Marcatura CE, conformità alla Direttiva 93/42 e ss.mm.ii		
<p>Allarmi acustici e visivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allarme alta e bassa temperatura; Allarme porta aperta; Allarme condensatore intasato; - Allarme sonda guasta; - Allarme mancanza alimentazione 		