



## Avviso di rettifica del Disciplinare di Gara

In relazione alla procedura di gara pubblicata sul sito di Alleanza Contro il Cancro indetta con Determinazione n. 17 del 16.04.2021 volta all'affidamento **della Fornitura di n.1 Strumento di estrazione di acidi nucleici DNA/RNA direttamente a sezioni di tessuto FFPE attraverso protocollo specifico e dedicato per l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.**

Viene apportata la seguente modifica al **Disciplinare di gara**:

- 1) Punto 15.1 - Riferimento Criterio di aggiudicazione n. 3 "Capacità di frammentazione DNA/RNA attraverso tecnologia ad energia acustica a frequenze ultrasoniche ed in grado di focalizzare energia sul campione" deve intendersi > 400KHz e non > 4000 KHz, trattandosi di mero errore materiale.  
Viene apportata, perciò, la seguente correzione al testo: dele "> 4000 KHz" adde "> 400 KHz"

il presente atto sarà pubblicato sul sito di ACC alla sezione "Avvisi e Gare – Gare e contratti"

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

